



БЕКТЕМІН

М.а. бас дәрігердің

Е.М. Манярбеков

2021 жыл.

Тізбесі

ШҚО ДСБ "Тарбағатай ауданының №2 аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК үшін 2021 жылға сатып алынатын медициналық бұйымдар (2-қосымша)

Техникалық сипаттама Лот № 1

БАӘ, КСВП, импедансометрия және аудиологиялық скринингке арналған жүйе

Критерийлер		Сипаттамасы	
№ п/п	Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі-МТ) (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)	БАӘ, КСВП, импедансометрия және аудиологиялық скринингке арналған жүйе	
1	Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы	БАӘ, КСВП, импедансометрия және аудиологиялық скринингке арналған жүйе	
3	Жинақтауға қойылатын талаптар	№ п/п	МТ жасынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
		Негізгі компоненттер:	МТ жасынтықтаушының техникалық сипаттамасы
		Қажетті саны (өлішем бірлігін көрсете отырып)	1 дана
		Электрондық блоктың габариттік өлшемдері кемінде 197x84x26±2 мм. аспаптың мақсаты-бұрмаланған өнім (ЗВОАЭ, ПИОАЭ) жийілігінде кідірілген пайда болған отоакустикалық эмиссияны және	